

Hersteller Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Hauptstraße 1, 79689 Maulburg

erklärt als Hersteller, dass das folgende Produkt

Produkt **Cerabar**
PMC21-AA1U2CBWBJA+F3 (Serien Nr.M700E801169)

den folgenden Bestimmungen entspricht:

Die für die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind rückführbar auf die nationalen Normale der Physikalischen Bundesanstalt (PTB) Deutschlands.


Ser.-Nr.	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Zertifikat	Gültig bis
69296	Fluke	Ruska 7050i	Quarzwendelmanometer	001075/D-15172-01-00	09/17
139079	Paroscientific	100-15A	Drucktransmitter	001072/D-K-15172-01-00	09/17
MY53005413	Agilent	34410A	DMM	-	09/17

Betriebsmittel: TE0101239

Die Bescheinigung gilt ausschließlich für den im Anschreiben der zuständigen Endress+Hauser Vertriebsgesellschaft genannten Kunden sowie nur für die aufgeführten Produkte und Zubehör im Auslieferungszustand.

Diese Erklärung ist gültig für das Inverkehrbringen bis zu 3 Jahr(e) nach Ausstellungsdatum.

Maulburg, 21-September-2017
Endress+Hauser GmbH+Co. KG



i. V. Manfred Hammer
Dept. Manager R&D Quality Management/FSM



i. A. Julia Rosenheim
Product Manager Pressure Dept. MTD