

## Klassifizierung nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Wir als Hersteller von Produkten für die Analyse erklären, dass das gelieferte Produkt **CLA140-2\*\*\*\*\*** gemäß Artikel 4, Absatz 3, Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, nach guter Ingenieurspraxis gefertigt wurde und damit nicht CE-kennzeichnungspflichtig ist.


Diese Herstellererklärung ist nur gültig für das oben genannte Produkt.

### Bewertungsergebnis

Max. zulässiger Druck:	6 bar
Volumen V/ Nennweite DN:	0 L/ 0 DN
Mediumeigenschaft nach Art. 9:	Gruppe 1 – gefährlich
Mediumzustand:	Gasförmig oder flüssig, wenn $pD > 0,5 \text{ bar}$
Qualitätssicherung:	Keine nach Richtlinie 2014/68/EU
Klassifizierung:	Artikel 4, Absatz 3, gute Ingenieurspraxis
Konformitätsbewertungsverfahren:	Kein
Aufgaben des Herstellers:	Keine
Aufgaben der benannten Stelle:	Keine

Diagramm 1, Art. 4, Anhang II

Behälter, Fluid: Gas, Fluidgruppe: 1 (gefährlich)



## Classification according to Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

We as a manufacturer of analysis products certify that the provided product **CLA140-2\*\*\*\*\*** was manufactured according to article 4, paragraph 3, Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, with sound engineering practice and is not subjected to CE marking.


This manufacturer's declaration is only valid for above mentioned product.

### Assessment Result

Max. allowable pressure:	6 bar
Volume V/ Diameter DN:	0 L/ 0 DN
Fluid group acc. to art. 9:	Group 1 - dangerous
Condition of fluid:	Gaseous or liquid, if $pD > 0.5 \text{ bar}$
Quality assurance:	None acc. to Directive 2014/68/EU
Classification:	Article 4, paragraph 3, sound engineering practice
Conformity Assessment Procedure:	None
Duties of the manufacturer:	None
Duties of the Notified Body:	None

Table 1, Art. 4, Annex II

Vessel, Fluid: gaseous, Fluid group: 1 (dangerous)



Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG  
Dieselstraße 24, 70839 Gerlingen, Germany

Datum

Date

*i.V. U. Rößiger*

i.V. Uwe Rößiger  
Manager Certifications & Approvals

28.03.2019

*i.V. J. Haschke*

i.V. Janina Haschke  
Certifications & Approvals

Zertifikats-Nr. | Certificate-no.  
HE\_01138\_01.19

**Endress+Hauser**   
People for Process Automation