

Klassifizierung nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Wir als Hersteller von Produkten für die Flüssigkeitsanalyse erklären, dass das gelieferte Produkt **Flowfit CPA250** gemäß Artikel 4, Absatz 3, Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, nach guter Ingenieurspraxis gefertigt wurden und damit nicht CE-kennzeichnungspflichtig ist.

Diese Herstellererklärung ist nur gültig für das oben genannte Produkt.

Bewertungsergebnis

Max. zulässiger Druck:	6 bar
Volumen:	max. 200 ml/ DN 50
Mediumeneigenschaft nach Art. 13:	Gruppe 1 – gefährlich
Mediumzustand:	Flüssig, wenn $pD \leq 0,5$ bar
Qualitätssicherung:	Keine nach Richtlinie 2014/68/EU
Klassifizierung:	Artikel 4, Absatz 3, gute Ingenieurspraxis
Konformitätsbewertungsverfahren:	Kein
Aufgaben des Herstellers:	Keine
Aufgaben der benannten Stelle:	Keine

Classification according to Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

We as a manufacturer of liquid analysis products certify that the provided product **Flowfit CPA250** were manufactured according to article 4, paragraph 3, Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, with sound engineering practice and is not subjected to CE marking.

This manufacturer's declaration is only valid for above mentioned product.

Assessment Result

Max. allowable pressure:	6 bar
Volume:	max. 200 ml/ DN 50
Fluid group acc. to art. 13:	Group 1 - dangerous
Condition of fluid:	Liquid, if $pD \leq 0.5$ bar
Quality assurance:	None acc. to Directive 2014/68/EU
Classification:	Article 4, paragraph 3, sound engineering practice
Conformity Assessment Procedure:	None
Duties of the manufacturer:	None
Duties of the Notified Body:	None

Diagramm 8, Art. 4, Anhang II

Rohrleitung, Fluid: Flüssigkeit, Fluidgruppe: 1 (gefährlich)





Table 8, Art. 4, Annex II

Piping, Fluid: liquid, Fluid group: 1 (dangerous)



Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24, 70839 Gerlingen, Germany

Datum

Date

2020-09-23

U. Rößiger

i.V. Uwe Rößiger
Manager Certifications & Approvals

i.V. M. Rottmann

i.V. Marco Rottmann
Certifications & Approvals

Zertifikats-Nr. | Certificate-no.
HE_01347_01.20

Endress+Hauser 
People for Process Automation