



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
品名	液面警報器	
型式の名称	MPC-2301EB (屋外用) (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	2G4	
定格	接点容量 AC 250V 1050VA max DC 250V 120VA max	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T63222 号	
有効期間	平成20年 4月 1日 から 平成23年 3月31日まで	
	平成23年 4月 1日 から 平成26年 3月31日まで	
	平成26年 4月 1日 から 平成29年 3月31日まで	
	平成29年 4月 1日 から 平成32年 3月31日まで	


機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成20年 4月 1日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会



型式検定合格証 (続)

有効期間	2020年 4月 1日から 2023年 3月 31日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	



同 一 型 式 一 覧 表

型 式 の 名 称	定 格	備 考
MPC-2311EB(屋外用) -2011EB(屋外用) -2111EB(屋外用) -2211EB(屋外用) -2001EB(屋外用) -2101EB(屋外用) -2201EB(屋外用) -2301EB(屋外用)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 接点容量 250VAC, 1050VA_{MAX} 250VDC, 120VA_{MAX} </div>	接点数 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px; margin: 5px auto;">1</div>
MPC-1011EB(屋外用) -1001EB(屋外用)		
MPC-2011E(屋外用) -2111E(屋外用) -2211E(屋外用) -2311E(屋外用) -2001E(屋外用) -2101E(屋外用) -2201E(屋外用) -2301E(屋外用)		
MPC-1011E(屋外用) -1001E(屋外用)		

注) 表中の は検定申請供試品を示す