




防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
品名	液面計発信器	
型式の名称	D 4 - 4 4 (屋外用)	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	2 G 4	
定 格	電源 AC 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z 4 0 V A データ伝送回路 DC 4 8 V m a x 5 0 0 m A m a x 接点入力回路 DC 3 0 V 0 . 6 W (一接点容量) 接点出力回路 AC / DC 2 5 0 V 1 . 5 A (一接点容量) 入力信号 DC 4 8 V 1 0 0 m A m a x 周囲温度 6 0 ℃ (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T 6 4 0 1 6 号	
有効期間	平成 2 0 年 1 2 月 8 日 から 平成 2 3 年 1 2 月 7 日まで	
	平成 2 3 年 1 2 月 8 日 から 平成 2 6 年 1 2 月 7 日まで	
	平成 2 6 年 1 2 月 8 日 から 平成 2 9 年 1 2 月 7 日まで	
	平成 2 9 年 1 2 月 8 日 から 平成 3 2 年 1 2 月 7 日まで	



機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 2 0 年 1 2 月 8 日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会 会長



型式検定合格証 (続)

有 効 期 間	2020年12月 1日から 2023年11月 30日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		



同一型式一覧表 (1/1)

型式の名称	定 格	備	考
	電 源 30V ~ 100V ~ 250V AC 50/60Hz 20VA ~ 40VA	-----	避 雷 器 付
	データ伝送回路 48V DC max, 500mA max	-----	
D4-44 (屋外用)	接点入力回路 30V DC, 0.6W (一接点容量)	入力数 0~ 14 ~16	-----
	接点出力回路 250V AC/DC, 1.5A (一接点容量)	出力数 0~ 1 ~16	-----
	入 力 信 号 48V DC, 100mA max	-----	-----
	周 囲 温 度 60°C	-----	-----

注) 表中の 内は検定供試品を示す。

