

Company **Endress+Hauser SE+Co. KG, Hauptstraße 1, 79689 Maulburg**

erklärt als Hersteller, dass das folgende Produkt
declares as manufacturer, that the following product

Product **Ceraphant**
PTB33B-#####X2J+##R9Z1
PTB33B-#####X3J+##R9Z1

R9 = 71368321 - NEUMO BioControl DN25 PN16, 316L (1.4435) Delta-Ferrit<1%, Ra<0.76µm
R9 = 71368318 - NEUMO BioControl DN50 PN16, 316L (1.4435) Delta-Ferrit<1%, Ra<0.76µm

den folgenden Bestimmungen entspricht:

die hygienischen Prozessadapter NEUMO BioControl werden prozesseitig mit einer Oberflächenrauheit von Ra<0.76µm hergestellt. Durch regelmäßige Stichprobenprüfung wird die Einhaltung der vorgegebenen Rauheitswerte sichergestellt.

is in conformity with the following provisions:

the hygienic process adapters NEUMO BioControl are produced with a roughness of Ra<0.76µm on the process side. Regular random sampling test insure the specific roughness values.

Die Bescheinigung gilt ausschließlich für den im Anschreiben der zuständigen Endress+Hauser Vertriebsgesellschaft genannten Kunden sowie nur für die aufgeführten Produkte und Zubehör im Auslieferungszustand.

Diese Erklärung ist gültig für das Inverkehrbringen bis zu 3 Jahr(e) nach Ausstellungsdatum.

This declaration of compliance is exclusively valid for the customer listed in the cover letter of the respective Endress+Hauser sales center and for the listed products and accessories in delivery status.

The validity of this document for placing the product on the market expires 3 year(s) after the date of issue.

Maulburg, 1-Februar-2018
Endress+Hauser GmbH+Co. KG


i. V. Dr. Arno Götz
Dept. Manager Product Safety
Research & Development Platform


i. V. Heinz Gutmann
Dept. Manager Special Products