

FDA- Konformitätserklärung

Produkt

Product

Wir als Hersteller von Produkten für die Analyse erklären, dass die prozessmedienberührenden Komponenten des oben genannten Produktes in ihrer Zusammensetzung der unten aufgeführten Bestimmung der

„Food and Drug Administration (FDA)“

entsprechen.

Diese Herstellererklärung ist nur gültig für das oben genannte Produkt.

FDA Declaration of Conformity

Condumax CLS16 / CLS16D

We as product manufacturer for Analytics products declares that the following type of product consists wetted parts with process contact, which in their composition are in compliance with below mentioned regulation

Food and Drug Administration (FDA).

This manufacturer's certificate only valid for above mentioned product.

**Komponente
Component**

Formdichtung
Molded seal

**Material
Material**


FFKM

**FDA-Konformität
FDA conformity**


21 CFR 177.2400(d)
21 CFR 177.2600(e, f)

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrasse 24, 70839 Gerlingen, Germany

Datum / Date

July 6th, 2018


i. V. Uwe Rößiger
Manager Certifications & Approvals



i. V. Sven-Matthias Scheibe
Certifications & Approvals

Zertifikats-Nr. | Certificate-no.
FDA_00193_01.18_CLS16(D).docx

Seite | Page 1/1

Endress+Hauser 
People for Process Automation