








防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
品名	変換器	
型式の名称	NRR262-2A (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ia) (非危険場所設置)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II B	
定格	<p>本安回路 最大電圧 28V 最大電流 93mA 最大電力 0.65W 許容インダクタンス 3.05mH 許容キャパシタンス 0.083μF</p> <p>非本安回路 許容電圧 AC250V 50/60Hz DC250V</p> <p>周囲温度 60℃</p>	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC18326 号	
有効期間	平成20年 4月 1日 から 平成23年 3月31日まで	
	平成23年 4月 1日 から 平成26年 3月31日まで	
	平成26年 4月 1日 から 平成29年 3月31日まで	
	平成29年 4月 1日 から 平成32年 3月31日まで	


機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成20年 4月 1日


型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会長



型式検定合格証 (続)

有 効 期 間	2020 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

0123456789



同一型式一覧表

型式の名称	定 格	備 考
		電 源
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NRR262-2A</div>	本安回路 最大電圧 28V 最大電流 93mA 最大電力 0.65W 許容インダクタンス 3.05mH 許容キャパシタンス 0.083 μ F	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">AC90~250V</div>
NRR262-2B	非本安回路 許容電圧 AC250V 50/60Hz DC250V 周囲温度 60℃	DC22~26V

備考) 表中の は、検定供試品を示す。