



شهادة مطابقة

Certificate of Conformity

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Minister of Industry and Advanced
Technology

intertek

Certificate Number:	22-08-20311/E22-08-046619/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	03-August-2022	تاريخ الاصدار:
Valid Until:	02-August-2023	صالحة لغاية:
Issued To:	Endress & Hauser Process Automation UAE Trading LLC	أصدرت إلى:
Address:	17th Floor, Office 1702, Control Tower Building, Dubai Motor City, Dubai, UAE.	العنوان:

Section:	Electricals	كهربائيات	القسم:
Regulation:	Electrical Equipment Used in Potentially Explosive Environment	المعدات الكهربائية المستخدمة في البيئة المتفجرة المحتملة	اللائحة:
Product Category:	See Schedule of Certification	انظر بيان التسجيل المرفق	تصنيف المنتج:
Product Sub- Category:	See Schedule of Certification	انظر بيان التسجيل المرفق	التصنيف الفرعي للمنتج:
Products details:	See Schedule of Certification	انظر بيان التسجيل المرفق	تفاصيل المنتجات:

Products listed in the attached
Schedule of Certification are
registered under the Emirates
Conformity Assessment Scheme
(ECAS) based on compliance to the
Approved Standards



المنتجات المذكورة في بيان التسجيل
الملحق مسجلة في نظام تقويم المطابقة
الإماراتي (إيكاس) لمطابقتها المواصفات
المعتمدة

This is an electronic certificate and does not require stamp and
signature.

To verify this certification please scan the QR-CODE.

Any changes or modification on this certificate will affect its
validity.

هذه الشهادة الإلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع

للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-08-20311/E22-08-046619/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	02-August-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
1.	Endress+Hauser	Promass A 200	Flowmeters Proline, type Promass A 200 Type of Protection: Ex db, Ex ec, Ex ia, Ex ic, Ex tb Marking as listed in the Annexes to the certificate IECEx KEM 10.0032 issue no.08	IECEx KEM 10.0032 NL/DEK/ExTR12.0029/06 DE/TUN/QAR06.0004/09	IEC 60079-0:2017 Ed: 7.0 IEC 60079-1:2014-06 Ed: 7.0 IEC 60079-11:2011 Ed:6.0 IEC 60079-26:2014-10 Ed:3.0 IEC 60079-31:2013 Ed:2 IEC 60079-7:2017 Ed:5.1	Switzerland, France

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
To verify this certification please scan the QR-CODE.
Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-08-20311/E22-08-046619/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	02-August-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
2.	Endress+Hauser	Promass E 200	Flowmeters Proline, types Promass E 200 Type of Protection: Ex db, Ex ec, Ex ia, Ex ic, Ex tb Marking as listed in the Annexes to the certificate IECEx KEM 10.0032 issue no.08	IECEx KEM 10.0032 NL/DEK/ExTR12.0029/06 DE/TUN/QAR06.0004/09	IEC 60079-0:2017 Ed: 7.0 IEC 60079-1:2014-06 Ed: 7.0 IEC 60079-11:2011 Ed:6.0 IEC 60079-26:2014-10 Ed:3.0 IEC 60079-31:2013 Ed:2 IEC 60079-7:2017 Ed:5.1	Switzerland, France

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
To verify this certification please scan the QR-CODE.
Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-08-20311/E22-08-046619/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	02-August-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
3.	Endress+Hauser	Promass F 200	Flowmeters Proline, type Promass F 200 Type of Protection: Ex db, Ex ec, Ex ia, Ex ic, Ex tb Marking as listed in the Annexes to the certificate IECEx KEM 10.0032 issue no.08	IECEx KEM 10.0032 NL/DEK/ExTR12.0029/06 DE/TUN/QAR06.0004/09	IEC 60079-0:2017 Ed: 7.0 IEC 60079-1:2014-06 Ed: 7.0 IEC 60079-11:2011 Ed:6.0 IEC 60079-26:2014-10 Ed:3.0 IEC 60079-31:2013 Ed:2 IEC 60079-7:2017 Ed:5.1	Switzerland, France

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
To verify this certification please scan the QR-CODE.
Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-08-20311/E22-08-046619/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	02-August-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
4.	Endress+Hauser	Promag H 200	Flowmeters Proline, type Promag H 200 Type of Protection: Ex db, Ex ec, Ex ia, Ex ic, Ex tb Marking as listed in the Annexes to the certificate IECEx KEM 10.0032 issue no.08	IECEx KEM 10.0032 NL/DEK/ExTR12.0029/06 DE/TUN/QAR06.0004/09	IEC 60079-0:2017 Ed: 7.0 IEC 60079-1:2014-06 Ed: 7.0 IEC 60079-11:2011 Ed:6.0 IEC 60079-26:2014-10 Ed:3.0 IEC 60079-31:2013 Ed:2 IEC 60079-7:2017 Ed:5.1	Switzerland, France

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
To verify this certification please scan the QR-CODE.
Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-08-20311/E22-08-046619/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	02-August-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
5.	Endress+Hauser	Promag P 200	Flowmeters Proline, type Promag P 200 Type of Protection: Ex db, Ex ec, Ex ia, Ex ic, Ex tb Marking as listed in the Annexes to the certificate IECEx KEM 10.0032 issue no.08	IECEx KEM 10.0032 NL/DEK/ExTR12.0029/06 DE/TUN/QAR06.0004/09	IEC 60079-0:2017 Ed: 7.0 IEC 60079-1:2014-06 Ed: 7.0 IEC 60079-11:2011 Ed:6.0 IEC 60079-26:2014-10 Ed:3.0 IEC 60079-31:2013 Ed:2 IEC 60079-7:2017 Ed:5.1	Switzerland, France

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
To verify this certification please scan the QR-CODE.
Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-08-20311/E22-08-046619/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	02-August-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
6.	Endress+Hauser	Promag E 200	Flowmeters Proline,type Promag E 200 Type of Protection: Ex db, Ex ec, Ex ia, Ex ic, Ex tb Marking as listed in the Annexes to the certificate IECEx KEM 10.0032 issue no.08	IECEx KEM 10.0032 NL/DEK/ExTR12.0029/06 DE/TUN/QAR06.0004/09	IEC 60079-0:2017 Ed: 7.0 IEC 60079-1:2014-06 Ed: 7.0 IEC 60079-11:2011 Ed:6.0 IEC 60079-26:2014-10 Ed:3.0 IEC 60079-31:2013 Ed:2 IEC 60079-7:2017 Ed:5.1	Switzerland, France

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
To verify this certification please scan the QR-CODE.
Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-08-20311/E22-08-046619/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	02-August-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
7.	Endress+Hauser	Promag W 200	Flowmeters Proline,type Promag W 200 Type of Protection: Ex db, Ex ec, Ex ia, Ex ic, Ex tb Marking as listed in the Annexes to the certificate IECEx KEM 10.0032 issue no.08	IECEx KEM 10.0032 NL/DEK/ExTR12.0029/06 DE/TUN/QAR06.0004/09	IEC 60079-0:2017 Ed: 7.0 IEC 60079-1:2014-06 Ed: 7.0 IEC 60079-11:2011 Ed:6.0 IEC 60079-26:2014-10 Ed:3.0 IEC 60079-31:2013 Ed:2 IEC 60079-7:2017 Ed:5.1	Switzerland, France

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
To verify this certification please scan the QR-CODE.
Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-08-20311/E22-08-046619/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	02-August-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
8.	Endress+Hauser	Prosonic Flow B 200	Flowmeters Proline, type Prosonic Flow B 200 Type of Protection: Ex db, Ex ec, Ex ia, Ex ic, Ex tb Marking as listed in the Annexes to the certificate IECEx KEM 10.0032 issue no.08	IECEx KEM 10.0032 NL/DEK/ExTR12.0029/06 DE/TUN/QAR06.0004/09	IEC 60079-0:2017 Ed: 7.0 IEC 60079-1:2014-06 Ed: 7.0 IEC 60079-11:2011 Ed:6.0 IEC 60079-26:2014-10 Ed:3.0 IEC 60079-31:2013 Ed:2 IEC 60079-7:2017 Ed:5.1	Switzerland, France

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
To verify this certification please scan the QR-CODE.
Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-08-20311/E22-08-046619/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	02-August-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
9.	Endress+Hauser	Prowirl C 200	Flowmeters Proline, type Prowirl C 200 Type of Protection: Ex db, Ex ec, Ex ia, Ex ic, Ex tb Marking as listed in the Annexes to the certificate IECEx KEM 10.0032 issue no.08	IECEx KEM 10.0032 NL/DEK/ExTR12.0029/06 DE/TUN/QAR06.0004/09	IEC 60079-0:2017 Ed: 7.0 IEC 60079-1:2014-06 Ed: 7.0 IEC 60079-11:2011 Ed:6.0 IEC 60079-26:2014-10 Ed:3.0 IEC 60079-31:2013 Ed:2 IEC 60079-7:2017 Ed:5.1	Switzerland, France

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
To verify this certification please scan the QR-CODE.
Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-08-20311/E22-08-046619/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	02-August-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
10	Endress+Hauser	Prowirl D 200	Flowmeters Proline, type Prowirl D 200 Type of Protection: Ex db, Ex ec, Ex ia, Ex ic, Ex tb Marking as listed in the Annexes to the certificate IECEx KEM 10.0032 issue no.08	IECEx KEM 10.0032 NL/DEK/ExTR12.0029/06 DE/TUN/QAR06.0004/09	IEC 60079-0:2017 Ed: 7.0 IEC 60079-1:2014-06 Ed: 7.0 IEC 60079-11:2011 Ed:6.0 IEC 60079-26:2014-10 Ed:3.0 IEC 60079-31:2013 Ed:2 IEC 60079-7:2017 Ed:5.1	Switzerland, France

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
To verify this certification please scan the QR-CODE.
Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-08-20311/E22-08-046619/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	02-August-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
11	Endress+Hauser	Prowirl F 200	Flowmeters Proline, type Prowirl F 200 Type of Protection: Ex db, Ex ec, Ex ia, Ex ic, Ex tb Marking as listed in the Annexes to the certificate IECEx KEM 10.0032 issue no.08	IECEx KEM 10.0032 NL/DEK/ExTR12.0029/06 DE/TUN/QAR06.0004/09	IEC 60079-0:2017 Ed: 7.0 IEC 60079-1:2014-06 Ed: 7.0 IEC 60079-11:2011 Ed:6.0 IEC 60079-26:2014-10 Ed:3.0 IEC 60079-31:2013 Ed:2 IEC 60079-7:2017 Ed:5.1	Switzerland, France

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
To verify this certification please scan the QR-CODE.
Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة الإلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-08-20311/E22-08-046619/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	02-August-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
11	Endress+Hauser	Prowirl R 200	Flowmeters Proline, type Prowirl R 200 Type of Protection: Ex db, Ex ec, Ex ia, Ex ic, Ex tb Marking as listed in the Annexes to the certificate IECEx KEM 10.0032 issue no.08	IECEx KEM 10.0032 NL/DEK/ExTR12.0029/06 DE/TUN/QAR06.0004/09	IEC 60079-0:2017 Ed: 7.0 IEC 60079-1:2014-06 Ed: 7.0 IEC 60079-11:2011 Ed:6.0 IEC 60079-26:2014-10 Ed:3.0 IEC 60079-31:2013 Ed:2 IEC 60079-7:2017 Ed:5.1	Switzerland, France

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
To verify this certification please scan the QR-CODE.
Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-08-20311/E22-08-046619/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	02-August-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
13	Endress+Hauser	Prowirl O 200	Flowmeters Proline, type Prowirl O 200 Type of Protection: Ex db, Ex ec, Ex ia, Ex ic, Ex tb Marking as listed in the Annexes to the certificate IECEx KEM 10.0032 issue no.08	IECEx KEM 10.0032 NL/DEK/ExTR12.0029/06 DE/TUN/QAR06.0004/09	IEC 60079-0:2017 Ed: 7.0 IEC 60079-1:2014-06 Ed: 7.0 IEC 60079-11:2011 Ed:6.0 IEC 60079-26:2014-10 Ed:3.0 IEC 60079-31:2013 Ed:2 IEC 60079-7:2017 Ed:5.1	Switzerland, France

-NOTHING FOLLOWS-

<p>This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. To verify this certification please scan the QR-CODE. Any changes or modification on this certificate will affect its validity.</p>			<p>هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع، للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها</p>
--	--	--	--