

CA72TOC

Änderungen im Kapitel "Netzverteilung" der BA448C/07/de/06.10

Belegungsplan der Klemmleiste:

Anschluss 12	Keine Belegung
Anschluss 16	24 V DC Versorgung
Anschluss 17	Magnetventil 2 Spülung Strippkammer
Anschluss 18	Magnetventil 8 Dosierung

Belegungsplan des Relaismoduls:

Relais Nr. 2	3A Magnetventil 2 Spülung Strippkammer
--------------	--

Anschlussplan der Netzverteilung auf der folgenden Seite ->



Klemmleiste
Clamp strip

