







防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
品名	液面警報器	
型式の名称	M P C - 2 3 0 4 E B (屋外用) (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	2 G 4	
定格	接点容量 A C 2 5 0 V 1 0 5 0 V A m a x D C 2 5 0 V 1 2 0 V A m a x	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T 6 3 2 2 4 号	
有効期間	平成 2 0 年 4 月 1 日 から 平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで	
	平成 2 3 年 4 月 1 日 から 平成 2 6 年 3 月 3 1 日まで	
	平成 2 6 年 4 月 1 日 から 平成 2 9 年 3 月 3 1 日まで	
	平成 2 9 年 4 月 1 日 から 平成 3 2 年 3 月 3 1 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 2 0 年 4 月 1 日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会



同 一 型 式 一 覧 表

型 式 の 名 称	定 格	備 考
MPC-2314EB(屋外用) -2014EB(屋外用) -2114EB(屋外用) -2214EB(屋外用) -2004EB(屋外用) -2104EB(屋外用) -2204EB(屋外用) -2304EB(屋外用)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 接点容量 250VAC 1050VA_{max} 250VDC 120VA_{max} </div>	接点数 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px; text-align: center;">4</div>
MPC-1014EB(屋外用) -1004EB(屋外用)		
MPC-2014E (屋外用) -2114E (屋外用) -2214E (屋外用) -2314E (屋外用) -2004E (屋外用) -2104E (屋外用) -2204E (屋外用) -2304E (屋外用)		
MPC-1014E (屋外用) -1004E (屋外用)		
MPC-2313EB (屋外用) -2013EB (屋外用) -2113EB (屋外用) -2213EB (屋外用) -2003EB (屋外用) -2103EB (屋外用) -2203EB (屋外用) -2303EB (屋外用)		接点数 3
MPC-1013EB (屋外用) -1003EB (屋外用)		
MPC-2013E (屋外用) -2113E (屋外用) -2213E (屋外用) -2313E (屋外用) -2003E (屋外用) -2103E (屋外用) -2203E (屋外用) -2303E (屋外用)		
MPC-1013E (屋外用) -1003E (屋外用)		

注) は供試品を示す。