

### 3. E R G Ä N Z U N G

zur Bescheinigungsnummer: **TÜV 01 ATEX 1685**

Gerät: Waterpilot Typ FMX 167-...

Hersteller: Endress+Hauser GmbH+Co. KG  
Anschrift: Hauptstraße 1  
79689 Maulburg  
Deutschland

Auftragsnummer: 8000556150  
Ausstellungsdatum: 26.11.2010

#### Änderungen:

Der Waterpilot Typ FMX 167-... darf künftig entsprechend den im Prüfbericht aufgeführten Prüfungsunterlagen gefertigt werden. Die Änderungen betreffen die Anpassung an die EN 60079-0:2009 sowie an die EN 60079-11:2007. Weiterhin wurden Änderungen an den Typenschildern und an den Sicherheitshinweisen vorgenommen. Optional kann künftig auch eine Anschlussbox verwendet werden.

Die Kennzeichnung lautet künftig:  II 2 G Ex ia IIC T6 Gb

Die elektrischen Daten sowie alle weiteren Angaben gelten unverändert für diese Ergänzung.

Das Gerät gemäß dieser Ergänzung erfüllt die Anforderungen der folgenden Normen:

**EN 60 079-0:2009**                      **EN 60 079-11:2007**

(16) Die Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr. 10 203 556150 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingungen

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusätzlichen

TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße 20, 45141 Essen, akkreditiert durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032

Der Leiter der Zertifizierungsstelle



Schwedt