



안 전 인 증 서

Endress+ Hauser Sicestherm S.r.l.

Via Martin Luther King 7, 20060 Pessano con Bornago, Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Thermometer Omnigrad S

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
TMT142. /TMT162.	Ex d IIC T6 (주위온도 -40℃~ +55 ℃ 일때) (T5 : -40℃~ +70 ℃, T4 : -40℃~ +85 ℃) (11~ 40 Vdc, max 3W(HART) / 9~ 35 Vdc , max 3W(Profibus PA/FF)	11-AV4BO-0448

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

· 'Via Martin Luther King 7, 20060 Pessano con Bornago, Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2011년 10월 24일

한국산업안전보건공단 이사장

