

제 2011-BO-0040 호



안 전 인 증 서

Endress+ Hauser Sicestherm S.r.l.

Via Martin Luther King 7, 20060 Pessano con Bornago, Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Thermometer Omnigrad S

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

용량·등급

인증번호

TMT142. Ex ia IIC T6 (주위온도 -40℃~ +55℃ 일때)
(T5 : -40℃~ +70℃, T4 : -40℃~ +85℃)
/TMT162. (트랜스미터 출력 : 4~20 mA
Ui= 30 V, Ii= 300 mA, Pi= 1 W, Ci= 5 nF, Li= 0 mH)

11-AV4BO-0040

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

· 'Via Martin Luther King 7, 20060 Pessano con Bornago, Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2011년 2월 28일

한국산업안전보건공단 이사장

