

Herstellerinformation

für Anwender betreffend Software- und Hardwareänderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

1 Art des Gerätes

- Feldgerät / signalverarbeitendes Gerät
 Anzeige- / Bedienkomponente

Hersteller : Endress+Hauser
Produkt : Advanced Data Manager
Teilenummer / Bestellcode : RSG45

Kommunikation / Schnittstelle : Kommunikation Device Type
CDI, Modbus RTU/TCP
Profibus DP

2 Firmware, Hardware I

Art der Änderung:

- Firmware
 Hardware I

Bisherige Version : 2.00.zz
Neue Version : 2.01.zz

Wie kann die bisherige Versionsnummer der Firmware bzw. Hardware I ermittelt werden:

Anzeige der aktuellen Firmwareversion bei Gerätestart,
Typenschild, Parameter in der Konfigurationssoftware, Parameter in der vor Ort Bedienung

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Speicherformat für WebDAV konfigurierbar, Einstellung von Timeouts für den Webserver, Fernsteuerung der Relays und Batches via Webserver, kleinere Bugfixes,
Reduzierung der verfügbaren Onlineparameter im DTM

3 Kompatibilität (Firmware, Hardware I)

Ist die neue Firmware Version kompatibel mit der Vorgängerversion, den installierten Gerätesoftwaretreibern, den Bedientools bzw. ist die neue Hardware I Version kompatibel mit der Vorgängerversion?

- Ja

Nein, Beschreibung:

Die neue Firmware benötigt einen neuen DTM (FDT-Tool) zur Gerätekonfiguration

Ist ein Update der Firm-/Firmware, bzw. Austausch der Hardware I generell empfehlenswert?

Ja, Begründung:

Das Update/der Tausch erfolgt durch:

- Austausch der Elektronik; Kommunikations- und Messverstärkermodul (Die Vorgehensweise ist in der Betriebsanleitung des Messgerätes beschrieben).
- Flashen der neuen Firmware; Service- und Konfigurationsprogramm

Nein, Begründung:

Werden die zusätzlichen Eigenschaften für den Betrieb des Messsystems nicht benötigt, ist kein Firmware-Update notwendig.

4 Betriebsanleitung

Wird eine neue Betriebsanleitung aufgrund der Modifikationen nach Punkt 2 notwendig?

- Ja
 Nein

Welche Betriebsanleitung passt zur neuen Firmware bzw. Hardware I:

Gerät	Kommunikationsoption	Anleitung	Bezeichnung
RSG45	CDI, Modbus RTU/TCP; Profibus DP	Bedienungs- anleitung	BA01338R/09/DE /02.16

Die neuen Anleitungen können im Internet bezogen werden:

www.endress.com

- Bereich „DOWNLOADS“
- Angabe des Gerätes und Dokumentation

5 Preis

Ändert sich der Gerätepreis?

- Ja, neue Preise und Updatekosten (ohne Einbau) liegen als Anlage bei
 Nein